

**INSTRUCTIONS FOR USE****INTENDED USE**

The Streck ARM-D® Kit, OXA is a qualitative molecular test for the detection of OXA  $\beta$ -lactamase genes by fluorescently-labeled DNA probes. Positive identification of the gene by this test indicates the presence of OXA resistance genes. The Streck ARM-D Kit, OXA generates data in under one hour. **This product is FOR EXPORT ONLY, not to be sold in the United States.**

**INTRODUCTION**

OXA enzymes make up the second largest family of antibiotic resistance genes in gram negative bacteria and confer resistance to penicillins, with some resistant to cephalosporins and carbapenems. With the emergence of OXA enzymes that can confer resistance to carbapenems, particularly in *A. baumannii*, these beta-lactamases have become a significant problem. Molecular detection is important for screening of these pathogens, infection control, epidemiologic data, and supplementing phenotypic testing. The Streck ARM-D Kit, OXA provides detection of the following Carbapenem Hydrolyzing Class D Beta-Lactamase (CHDL) gene families: OXA-23, OXA-24/40, OXA-48, OXA-51, OXA-58, OXA-143, OXA-198, OXA-134 and OXA-372.

**SUMMARY AND PRINCIPLES**

Nucleic acid tests can provide supplemental information as to the resistance mechanisms in addition to conventional culture susceptibility testing. Streck ARM-D Kit, OXA allows for identification of nine OXA gene families: OXA-23, OXA-24/40, OXA-48, OXA-51, OXA-58, OXA-143, OXA-198, OXA-134 and OXA-372. Additionally, an endogenous internal control (IC) that targets a conserved region common in Gram-negative bacteria is included to reduce false negatives due to PCR inhibition, DNA degradation, or poor extraction. This test utilizes sequence-specific primer pairs for the PCR amplification of each family as well as fluorescently-labeled, target-specific DNA probes for detection by real-time PCR.

This product has been validated with the Applied Biosystems (ABI) 7500 Fast Real-time PCR System.

**CONTENTS**

The kit includes three multiplex primers-probe mix vials in TE buffer, pH 8.0 (10X PCR Mix 1, 2 and 3) for simultaneous real-time PCR amplification of all targets between three reaction tubes. Three external DNA control vials (Control Mix 1, 2 and 3) containing synthetic DNA templates of the corresponding multiplex targets are also included in the kit to use as a positive control for each multiplex reaction. Premixed 2X Supermix vials containing buffer, dNTPs, MgCl<sub>2</sub>, and DNA polymerase are also included in each kit. The kit contents are sufficient for 100 reactions total, including 12 reactions of each associated control mix.

Primer/Probe Vials	Control Vials	Cap Color	Target Genes
10X PCR Mix 1	Control Mix 1	Red	OXA-143, OXA-48, OXA-24/40, IC
10X PCR Mix 2	Control Mix 2	White	OXA-58, OXA-51, OXA-23, IC
10X PCR Mix 3	Control Mix 3	Black	OXA-198, OXA-134, OXA-372, IC

\*IC is the Internal Control Gene, 16S rRNA.

**PRECAUTIONS**

1. Use established precautions with potentially biohazardous specimens according to your laboratory guidelines.
2. Always use DNase/RNase-free plasticware/reagents and aerosol-barrier pipet tips.
3. SDS can be obtained at streck.com, by calling 800-843-0912, or by calling your local supplier.

**STORAGE AND STABILITY**

1. When stored at -20 °C +/- 5 °C, unused kit contents are stable through the expiration date.
2. Streck ARM-D Kit reagents should not be subjected to more than 10 freeze-thaw cycles.

**SAMPLE EXTRACTION**

The Streck ARM-D Kit, OXA was validated with previously characterized DNA samples extracted from pure bacterial culture using the QIAGEN DNeasy Blood and Tissue Kit. 1.5ml of a 5ml overnight culture was used, as per the extraction kit protocol, yielding DNA concentrations that range from 10-200ng/ $\mu$ l, with 260/280 ratios that range from 1.4 to 2.4. Alternative growth protocols for pure bacterial cultures and nucleic acid extraction techniques/kit should also give DNA of sufficient yield and quality. The 30-cycle PCR assay has not been tested for use with clinical samples in which targets are present in low DNA copy numbers (e.g., direct, uncultured samples).

**REACTION PREPARATION**

Thaw reagents, vortex briefly to mix contents, and pulse-spin vials prior to opening. Prepare a master mix (without template DNA) according to the table below and based upon the number of samples to be processed (plus one extra reaction). Include at least one Control Mix reaction and two no-template-control (NTC) samples for each respective multiplex PCR mix. It is recommended that each unknown sample is amplified with both multiplex PCR mixes to maximize target identification. Mix well by pipetting up and down several times. Aliquot 24 $\mu$ l of master mix into each real-time PCR well or tube. Add 1 $\mu$ l of unknown sample, corresponding Control Mix vial (1, 2 or 3), or nuclease-free water (for NTC) to the master mix within the respective PCR well or tube. It is recommended to run two NTC samples; one at PCR set-up to test for contaminated reagents and one after the addition of template to test for carryover during template distribution. Centrifuge PCR plate or tubes prior to loading into the respective instrument.

**PCR PROTOCOL**

Source	Component	25 $\mu$ l Reaction	Final Concentration
Lab Supplied	Nuclease-Free Water	9.0 $\mu$ l	NA
Streck ARM-D Kit	Supermix 2X	12.5 $\mu$ l	1X
Streck ARM-D Kit	10X PCR Mix 1, 2 or 3	2.5 $\mu$ l	1X
<b>Distribute Master Mix into PCR wells or tubes as appropriate before sample addition</b>			
Lab Supplied or Streck ARM-D Kit	Template - Unknown or NTC or Template - Control Mix 1, 2 or 3	1 $\mu$ l	Variable

The following protocol has been optimized for use with the supplied Supermix 2X master mix. Some instruments may require longer extension time for signal acquisition (Detection Step). Consult your instrument manual for additional information.

Step	General Protocol	ABI 7500 Fast Dx
Hot-start	98 °C for 30 sec	98 °C for 30 sec
30 cycles of:	98 °C for 5 sec 60 °C for 10 sec 72 °C for 20 sec (Detection Step)	98 °C for 10 sec 60 °C for 15 sec 72 °C for 30 sec (Detection Step)

**INSTRUMENT SET-UP**

The detection of each target is based on the fluorescence of the fluorophore conjugated to each target-specific DNA probe as shown in the table below. The following are general instrument set-up instructions. Parameters specific to the ABI 7500 Fast Real-time PCR System are described in the Data Acquisition and Analysis Guide which can be found on streck.com.

1. Insert plates or tubes into the real-time PCR system.
2. Create or select a thermal profile or cycling protocol.
3. Assign control and sample wells when necessary.
4. For data interpretation, thresholds should be manually set for optimal performance (see Data Acquisition and Analysis Guide for recommended instrument-specific threshold and baseline settings).

Table 1. The detection of each target is based on the optical fluorescence of the fluorophore conjugated to each target-specific DNA probe.

Master Mix	Target Gene	Fluorophore	Excitation $\lambda_{max}$	Emission $\lambda_{em}$
PCR Mix 1	OXA-143	FAM	495nm	520nm
	OXA-48	HEX	538nm	555nm
	OXA-24/40	TEX615	596nm	613nm
	IC	Cy5	645nm	665nm
PCR Mix 2	OXA-58	FAM	495nm	520nm
	OXA-51	HEX	538nm	555nm
	OXA-23	TEX615	596nm	613nm
	IC	Cy5	645nm	665nm
PCR Mix 3	OXA-198	FAM	495nm	520nm
	OXA-134	HEX	538nm	555nm
	OXA-372	TEX615	596nm	613nm
	IC	Cy5	645nm	665nm

**DATA INTERPRETATION**

**General:** Each real-time PCR run must be validated with the Control Mix vials provided with the kit. If the specifications for Cq values for the DNA controls are not met, the results are considered invalid and samples must be re-evaluated. Cq values of unknown samples will vary depending on the starting DNA copy number. Visually inspect amplification curves for each unknown sample to verify results. As a general guideline, Cq values for OXA  $\beta$ -lactamase targets in unknown isolates can range from 10 to 26.

The Streck ARM-D Kit, OXA is a qualitative test. To verify performance of the kit, each real-time PCR run must be verified with the Control Mix vials provided with the kit and by evaluating positive and negative control amplification curves.

1. Cq values for positive controls may vary between real-time PCR systems. For optimal assay performance, verify that threshold values for each target and/or fluorophore have been manually set prior to analyzing Cq values for unknown samples. (See instrument-specific Data Acquisition and Analysis Guide for more information).
2. Control samples will have a positive Cq value in the FAM, HEX, TEX615, and Cy5 channels. If the Cq value is  $\leq$  26 for each target, control runs should be considered valid.
3. Negative Template Controls (NTC) should not have a Cq value.
4. If there is a run failure on the real-time PCR system, results are invalid and the assay must be repeated.
5. Unknown samples may be interpreted as positive if the Cq value is  $\leq$  26 cycles.
6. Cq values of unknown samples will vary depending on the starting DNA concentration. If no Cq value is detected in the FAM, HEX, and TEX615 channels for unknown samples, confirm sample was added to the reactions by verifying positive amplification of the internal control (IC) in the Cy5 channel, which can be detected in each PCR mix included in the kit.
7. If no amplification is detected with the unknown sample, the sample may be interpreted as negative for the targeted resistance mechanisms.
8. If amplification of an unknown sample in the FAM, HEX, and TEX615 channels is detected after 26 cycles, the sample requires further investigation. The sample may be re-extracted, the PCR run repeated, or the amplified product could be sequenced for verification.
9. If Cq values for control targets or unknown samples fall outside the indicated range, please contact Streck Technical Services for further assistance at 800-843-0912 or technicalservices@streck.com.

**Notes:**

1. As a guideline for determining target- and instrument-specific Cq values for each control, please reference the instrument-specific Data Acquisition and Analysis Guides at streck.com. These values were determined during Streck's internal validation of the assay for each control target and real-time PCR system indicated.
2. In this IFU, the term Cq (Quantification Cycle) indicates the cycle number at which fluorescence from amplification exceeds the background fluorescence as per recommendation by MIQE Guidelines. However, depending on the real-time PCR system manufacturer, the term has also been referred to as threshold cycle (Ct) or crossing point (Cp).

**LIMITATIONS**

1. The internal control (IC) primers have been designed to amplify a highly conserved gene target present in many Gram-negative bacteria. However, the IC may not successfully amplify from certain Gram-negative species or strains. Therefore, one should consider this for interpreting the absence of the IC product from a specific sample.
2. The gene family targets have been tested against a considerable number of isolates with excellent sensitivity and specificity results. Extensive testing has been done in DNA extracted from *Escherichia*, *Klebsiella*, *Salmonella*, *Acinetobacter* and *Enterobacter* genera. However, given the genomic diversity of bacteria, Streck does not guarantee that all OXA  $\beta$ -lactamase genes will be detected in all Gram-negative subspecies. Results from this test should be used in combination with other laboratory tests available for accurate interpretation.

3. Using the Streck ARM-D Kit, OXA with alternative 4-channel real-time PCR platforms or other enzymes not listed in this IFU is possible, but optimization may be required. Contact Streck Technical Services for assistance.

#### REFERENCES

1. Pérez-Pérez F.J., Hanson N.D. 2002. Detection of plasmid-mediated ampC  $\beta$ -lactamase genes in clinical isolates by using multiplex PCR. *J Clin Microbiol.* 40(6): 2153-2162.
2. Geyer C.N., Reisbig M.D., Hanson N.D. 2012. Development of a TaqMan multiplex PCR assay for detection of plasmid-mediated ampC  $\beta$ -lactamase genes. *J Clin Microbiol.* 50(11): 3722-3725.
3. Poirel L., Naas T., Nordmann P. Diversity, Epidemiology, and Genetics of Class D  $\beta$ -Lactamases. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy.* 2010;54(1):24-38. doi:10.1128/AAC.01512-08.
4. Vázquez-Ucha J.C., Maneiro M., Martínez-Guitián M., et al. Activity of the  $\beta$ -Lactamase Inhibitor LN-1-255 against Carbapenem-Hydrolyzing Class D  $\beta$ -Lactamases from *Acinetobacter baumannii*. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy.* 2017;61(11):e01172-17. doi:10.1128/AAC.01172-17.
5. Evans B.A., Amyes S.G.B. OXA  $\beta$ -Lactamases. *Clinical Microbiology Reviews.* 2014;27(2):241-263. doi:10.1128/CMR.00117-13.
6. Antunes N.T., Fisher J.F. Acquired Class D  $\beta$ -Lactamases. *Antibiotics.* 2014;3(3):398-434. doi:10.3390/antibiotics3030398.

#### ORDERING INFORMATION

Please call our Customer Service Department at 800-228-6090 for assistance. Additional information can be found online at [streck.com](http://streck.com).

#### GLOSSARY OF SYMBOLS

See the Instructions (IFU) tab under Resources on the product page at [streck.com](http://streck.com).

All product names, logos, brands, and marks are property of their respective owners.

See [streck.com/patents](http://streck.com/patents) for patents that may be applicable to this product.



**EC REP**  
MediMark® Europe  
11, rue Emile Zola, BP 2332  
38033 Grenoble Cedex 2, France

350732-3  
2025-02

**MODE D'EMPLOI****USAGE PRÉVU**

Le Streck ARM-D® Kit, OXA est un test moléculaire qualitatif destiné à détecter les gènes  $\beta$ -lactamase de type OXA à l'aide de sondes d'ADN marquées par fluorescence. L'identification positive du gène par ce test indique la présence de gènes de résistance OXA. Le ARM-D Kit, OXA génère des données en moins d'une heure. **Ce produit est RÉSERVÉ À L'EXPORTATION et n'est pas destiné à la vente aux États-Unis.**

**INTRODUCTION**

Les enzymes OXA constituent la deuxième plus grande famille de gènes de résistance aux antibiotiques chez les bactéries à Gram négatif et confèrent une résistance aux pénicillines, certaines étant résistantes aux céphalosporines et aux carbapénèmes. Avec l'émergence des enzymes OXA pouvant conférer une résistance aux carbapénèmes, en particulier chez *A. baumannii*, ces  $\beta$ -lactamases sont devenues un problème majeur. La détection moléculaire est importante pour le dépistage de ces agents pathogènes, le contrôle des infections, les données épidémiologiques et la complémentation des tests phénotypiques. Le Streck ARM-D Kit, OXA permet de détecter les familles de gènes de la  $\beta$ -lactamase de classe D hydrolysant les carbapénèmes suivantes : OXA-23, OXA-24/40, OXA-48, OXA-51, OXA-58, OXA-143, OXA-198, OXA-134 et OXA-372.

**RÉSUMÉ ET PRINCIPES**

Les tests d'acide nucléique peuvent apporter des informations supplémentaires quant aux mécanismes de résistance en plus de l'antibiogramme classique. Le kit ARM-D, OXA de Streck permet d'identifier neuf familles de gènes OXA: OXA-23, OXA-24/40, OXA-48, OXA-51, OXA-58, OXA-143, OXA-198, OXA-134 et OXA-372. En outre, un contrôle interne (CI) endogène, qui cible une région conservée fréquente dans les bactéries à Gram négatif, est inclus pour réduire les faux négatifs dus à l'inhibition par la PCR, la dégradation de l'ADN ou une mauvaise extraction. Le test utilise des paires d'amorces spécifiques de la séquence pour l'amplification par PCR de chaque famille ainsi que des sondes d'ADN spécifiques de la cible et marquées par fluorescence pour une détection par PCR en temps réel.

Ce produit a été validé à l'aide de l'Applied Biosystems (ABI) 7500 Fast Real-time PCR System.

**CONTENU**

Le kit comprend trois flacons de mélange multiplex d'amorces-sondes dans un tampon TE, pH 8,0 (10X PCR Mix 1, 2 et 3) pour l'amplification PCR simultanée en temps réel de toutes les cibles entre trois tubes de réaction. Trois flacons de contrôle d'ADN externes (Control Mix 1, 2 et 3) contenant des modèles d'ADN synthétique des cibles multiplex correspondantes sont également inclus dans le kit à utiliser comme contrôle positif pour chaque réaction multiplex. Des flacons de 2X Supermix pré-mélangé contenant le tampon, du dNTP, du MgCl<sub>2</sub> et de la DNA polymerase sont aussi inclus dans chaque kit. Le contenu du kit suffit pour 100 réactions au total, y compris 12 réactions de chaque mélange de contrôle associé.

Flacons amorce/sonde	Flacons de contrôle	Couleur du bouchon	Gènes cibles
10X PCR Mix 1	Control Mix 1	Rouge	OXA-143, OXA-48, OXA-24/40, CI
10X PCR Mix 2	Control Mix 2	Blanc	OXA-58, OXA-51, OXA-23, CI
10X PCR Mix 3	Control Mix 3	Noir	OXA-198, OXA-134, OXA-372 CI

\*CI est le gène de contrôle interne, ARNr 16S.

**PRÉCAUTIONS**

- Utiliser les précautions établies par les directives du laboratoire pour les échantillons potentiellement contaminés.
- Toujours utiliser des récipients plastiques/réactifs et des embouts de pipette avec filtre sans DNase/ RNase.
- Les fiches de données de sécurité (FDS) peuvent être obtenues sur le site streck.com, en appelant le +1 402 333 1982 ou en appelant votre fournisseur local.

**CONSERVATION ET STABILITÉ**

- Le contenu, non entamé, du kit est stable jusqu'à la date de péremption lorsqu'il est conservé à -20 °C +/- 5 °C.
- Les réactifs de Streck ARM-D Kit ne doivent pas être soumis à plus de 10 cycles de congélation/décongélation.

**EXTRACTION DE L'ÉCHANTILLON**

Le Streck ARM-D Kit, OXA a été validé avec des échantillons d'ADN précédemment caractérisés, extraits d'une culture bactérienne pure à l'aide du QIAGEN DNeasy Blood and Tissue Kit. On a utilisé 1,5 ml d'une culture de nuit de 5 ml, conformément au protocole du kit d'extraction et elle a donné des concentrations d'ADN variant de 10 à 200 ng/ $\mu$ l, avec des rapports de 260/280 variant de 1,4 à 2,4. Si d'autres protocoles de cultures bactériennes purées et kit ou techniques d'extraction de l'acide nucléique sont utilisés, ils doivent aussi donner un ADN de qualité en quantité suffisante. L'essai PCR de 30 cycles n'a pas été testé pour une utilisation sur des échantillons cliniques dans lesquels des cibles sont présentes dans des préparations contenant un nombre faible de copies d'ADN (p. ex. échantillons directs, non mis en culture).

**PRÉPARATION DE LA RÉACTION**

Le kit comprend trois flacons de mélange multiplex d'amorces-sondes dans un tampon TE, pH 8,0 (10X PCR Mix 1, 2 et 3) pour l'amplification PCR simultanée en temps réel de toutes les cibles entre trois tubes de réaction. Trois flacons de contrôle d'ADN externes (Control Mix 1, 2 et 3) contenant des modèles d'ADN synthétique des cibles multiplex correspondantes sont également inclus dans le kit à utiliser comme contrôle positif pour chaque réaction multiplex. Des flacons de 2X Supermix pré-mélangé contenant le tampon, du dNTP, du MgCl<sub>2</sub> et de la DNA polymerase sont aussi inclus dans chaque kit. Le contenu du kit suffit pour 100 réactions au total, y compris 12 réactions de chaque mélange de contrôle associé.

Source	Composant	Réaction 25 $\mu$ l	Concentration finale
Fourni par le laboratoire	Eau sans nucléase	9 $\mu$ l	Sans objet
Streck ARM-D Kit	Supermix 2X	12,5 $\mu$ l	1X
Streck ARM-D Kit	10X PCR Mix 1, 2 ou 3	2,5 $\mu$ l	1X
<b>Distribuer le Master Mix dans les puces ou tubes de PCR comme il se doit avant d'ajouter l'échantillon.</b>			
Fourni par le laboratoire ou Streck ARM-D Kit	Matrice - inconnu ou NTC ou Matrice - Control Mix 1, 2 ou 3	1 $\mu$ l	Variabile

**French (Français)****PROTOCOLE PCR**

Le protocole suivant a été optimisé pour être utilisé avec le mélange mère Supermix 2X fourni. Certains instruments prennent plus de temps pour acquérir le signal (étape de détection). Pour plus de renseignements, consulter le manuel de l'instrument.

Étape	Protocole général	ABI 7500 Fast Dx
Démarrage à chaud	98 °C pendant 30 s	98 °C pendant 30 s
30 cycles de :	98 °C pendant 5 s 60 °C pendant 10 s 72 °C pendant 20 s (étape de détection)	98 °C pendant 10 s 60 °C pendant 15 s 72 °C pendant 30 s (étape de détection)

**CONFIGURATION DE L'INSTRUMENT**

La détection de chaque cible est basée sur la fluorescence du fluorophore conjugué à chaque sonde d'ADN spécifique de la cible comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Les instructions suivantes portent sur la configuration générale de l'instrument. Les paramètres spécifiques du ABI 7500 Fast Real-time PCR System sont décrits dans le Data Acquisition and Analysis Guide qui se trouve sur le site streck.com.

- Insérer les plaques ou tubes dans le système pour PCR en temps réel.
- Créer ou sélectionner un profil thermique ou un protocole de cycle.
- Le cas échéant, assigner les puces des contrôles et des échantillons.
- Pour interpréter les données, des seuils doivent être manuellement établis pour une performance optimale (voir le Data Acquisition and Analysis Guide pour les recommandations relatives aux paramètres de référence et de seuil spécifiques de chaque instrument).

Tableau 1 La détection de chaque cible est basée sur la fluorescence optique du fluorophore conjugué à chaque sonde d'ADN spécifique de chaque cible.

Master Mix	Gène cible	Fluorophore	Excitation $\lambda_{max}$	Émission $\lambda_{em}$
PCR Mix 1	OXA-143	FAM	495 nm	520 nm
	OXA-48	HEX	538 nm	555 nm
	OXA-24/40	TEX615	596 nm	613 nm
	IC	Cy5	645 nm	665 nm
PCR Mix 2	OXA-58	FAM	495 nm	520 nm
	OXA-51	HEX	538 nm	555 nm
	OXA-23	TEX615	596 nm	613 nm
	IC	Cy5	645 nm	665 nm
PCR Mix 3	OXA-198	FAM	495nm	520nm
	OXA-134	HEX	538nm	555nm
	OXA-372	TEX615	596nm	613nm
	IC	Cy5	645nm	665nm

**INTERPRÉTATION DES DONNÉES**

**Général** : chaque analyse PCR en temps réel doit être validée avec les flacons de Control Mix fournis avec le kit. Si les spécifications des valeurs Cq pour les contrôles de l'ADN ne sont pas satisfaisantes, les résultats sont considérés comme non valides et les échantillons doivent être réévalués. Les valeurs Cq des échantillons inconnus dépendront du nombre initial de copies d'ADN. De visu, inspecter les courbes d'amplification de chacun des échantillons inconnus pour vérifier les résultats. En général, les valeurs Cq des cibles pour  $\beta$ -lactamase OXA dans les isolats inconnus varient de 10 à 26.

Le Streck ARM-D Kit, OXA est un test qualitatif. Pour vérifier la performance du kit, chaque analyse PCR en temps réel doit être vérifiée à l'aide des flacons Control Mix fournis avec le kit et en évaluant les courbes d'amplification de contrôle positif et négatif.

- Les valeurs Cq des contrôles positifs peuvent varier entre les systèmes PCR en temps réel. Pour une performance optimale de l'essai, vérifier que les valeurs de seuil de chaque cible et/ou de chaque fluorophore ont été manuellement réglées avant d'analyser les valeurs Cq des échantillons inconnus (voir le Data Acquisition and Analysis Guide spécifiques de l'instrument pour de plus amples renseignements).
- Les échantillons de contrôle auront une valeur Cq positive dans les canaux FAM, HEX, TEX615 et Cy5. Si la valeur Cq est  $\leq$  26 pour chaque cible, les analyses du contrôle doivent être considérées comme valides.
- Les contrôles de matrice négatifs ne doivent pas avoir de valeur Cq (Cycle of quantification).
- Si une analyse échoue sur le système PCR en temps réel, les résultats sont non valides et l'essai doit être répété.
- Les échantillons inconnus sont interprétés comme étant positifs si la valeur Cq est  $\leq$  26 cycles.
- Les valeurs Cq des échantillons inconnus dépendront de la concentration de départ en ADN. Si aucune valeur Cq n'est détectée dans les canaux FAM, HEX et TEX615 pour les échantillons inconnus, confirmer l'ajout de l'échantillon aux réactions en vérifiant l'amplification positive du contrôle interne (CI) dans le canal Cy5, qui peut être détectée dans chaque mélange PCR inclus dans le kit.
- Si aucune amplification n'est détectée dans l'échantillon inconnu, l'échantillon peut être interprété comme étant négatif pour les mécanismes de résistance ciblés.
- Si l'amplification d'un échantillon inconnu dans les canaux FAM, HEX et TEX615 est détectée après 26 cycles, l'échantillon devra être étudié de plus près. L'échantillon peut être extrait de nouveau, la PCR répétée ou le produit amplifié peut être séquencé pour vérification.
- Si les valeurs Cq des cibles de contrôle ou des échantillons inconnus se situent en dehors de l'intervalle indiqué, appeler les services techniques de Streck au +1 402 691 7510 ou envoyer un courriel à [technicalservices@streck.com](mailto:technicalservices@streck.com).

**Remarques :**

- À titre d'aide pour déterminer les valeurs Cq cibles et spécifiques de l'instrument pour chaque contrôle, consulter les Data Acquisition and Analysis Guide spécifiques de l'instrument à [streck.com](http://streck.com). Ces valeurs ont été déterminées durant la validation interne Streck de l'essai pour chaque cible de contrôle et système pour PCR en temps réel indiqué.
- Dans ce mode d'emploi, le terme Cq (cycle de quantification) indique le nombre de cycle auquel la fluorescence de l'amplification excède la fluorescence de fond comme recommandé par les directives MIQE. Cependant, selon le fabricant du système PCR en temps réel, le terme peut aussi être appelé le cycle du seuil (Ct) ou le point de croisement (Cp).

**LIMITATIONS**

- Les amores du contrôle interne (CI) sont conçus pour amplifier une cible de gène hautement conservée présente dans de nombreuses bactéries à Gram négatif. Cependant, l'amplification par les CI à partir de certaines espèces ou souches à Gram négatif peut échouer. Cela doit être pris en compte

pour comprendre l'absence du CI d'un échantillon spécifique.

2. Les cibles des familles de gènes ont été testées en les comparant à un nombre considérable d'isolats et obtenu d'excellents résultats de sensibilité et de spécificité. De nombreux tests ont été réalisés sur de l'ADN extrait des genres *Escherichia*, *Klebsiella*, *Salmonella*, *Acinetobacter* et *Enterobacter*. Mais étant donné la diversité génomique des bactéries, Streck ne garantit pas que tous les gènes  $\beta$ -lactamase OXA seront détectés dans toutes sous-espèces à Gram négatif. Les résultats de ce test doivent être utilisés en association avec d'autres tests de laboratoire pour obtenir une interprétation précise.
3. Il est possible d'utiliser le Streck ARM-D Kit, OXA avec d'autres plateformes PCR en temps réel à 4 canaux ou d'autres enzymes non listées dans ce mode d'emploi, mais une optimisation peut être nécessaire. Contacter les services techniques de Streck.

#### RÉFÉRENCES

1. Pérez-Pérez F.J., Hanson N.D. 2002. Detection of plasmid-mediated ampC  $\beta$ -lactamase genes in clinical isolates by using multiplex PCR. *J Clin Microbiol.* 40(6): 2153-2162.
2. Geyer C.N., Reisbig M.D., Hanson N.D. 2012. Development of a TaqMan multiplex PCR assay for detection of plasmid-mediated ampC  $\beta$ -lactamase genes. *J Clin Microbiol.* 50(11): 3722-3725.
3. Poirel L., Naas T., Nordmann P. Diversity, Epidemiology, and Genetics of Class D  $\beta$ -Lactamases. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy.* 2010;54(1):24-38. doi:10.1128/AAC.01512-08.
4. Vázquez-Ucha J.C., Maneiro M., Martínez-Guitián M., et al. Activity of the  $\beta$ -Lactamase Inhibitor LN-1-255 against Carbapenem-Hydrolyzing Class D  $\beta$ -Lactamases from *Acinetobacter baumannii*. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy.* 2017;61(11):e01172-17. doi:10.1128/AAC.01172-17.
5. Evans B.A., Amyes S.G.B. OXA  $\beta$ -Lactamases. *Clinical Microbiology Reviews.* 2014;27(2):241-263. doi:10.1128/CMR.00117-13.
6. Antunes N.T., Fisher J.F. Acquired Class D  $\beta$ -Lactamases. *Antibiotics.* 2014;3(3):398-434. doi:10.3390/antibiotics3030398.

#### INFORMATIONS CONCERNANT LES COMMANDES

Pour obtenir de l'aide, appeler le service clientèle au +1 402 333 1982. Pour plus de renseignements, consultez le site [streck.com](http://streck.com).

#### GLOSSAIRE DES SYMBOLES

Consultez l'onglet Instructions (IFU) dans le menu Ressources sur la page produits affichée sur le site [streck.com](http://streck.com).

Tous les noms, logos, marques et labels de produits sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Consulter le site [streck.com/patents](http://streck.com/patents) pour les brevets qui pourraient concerner ce produit.



Streck  
7002 S. 109 Street, La Vista, NE 68128 USA

**EC REP**

MEDI MARK® Europe  
11, rue Émile Zola, BP 2332  
38033 Grenoble Cedex 2, France

350732-3  
2025-02

## GEBRAUCHSANWEISUNG

### VERWENDUNGSZWECK

Das Streck ARM-D®-Kit, OXA ist ein qualitativer Molekulartest für die Erkennung von OXA-β-Laktamase-Genen durch fluoreszenzmarkierte DNA-Sonden. Eine positive Identifikation des Gens durch diesen Test zeigt die Präsenz von OXA-resistenten Genen an. Das ARM-D-Kit, OXA liefert Daten in weniger als einer Stunde. **Dieses Produkt ist NUR FÜR DEN EXPORT bestimmt und wird in den USA nicht zum Verkauf angeboten.**

### EINFÜHRUNG

OXA-Enzyme machen die zweitgrößte Familie von antibiotikaresistenten Genen in gramnegativen Bakterien aus und übertragen Resistenz gegen Penicilline, wobei einige resistent gegen Cefalosporine und Carbapeneme sind. Mit dem Aufkommen von OXA-Enzymen, die eine Resistenz gegen Carbapeneme, insbesondere bei *A. baumannii*, vermitteln können, sind diese Beta-Lactamasen zu einem erheblichen Problem geworden. Die molekulare Erkennung ist wichtig für den Nachweis dieser Erreger, die Infektionsbekämpfung, epidemiologische Daten und zusätzlich zu phänotypischen Tests. Das Streck ARM-D Kit, OXA ermöglicht die Erkennung der folgenden Carbapenem-hydrolisierenden Klasse-**D**-Beta-Lactamase-Genfamilien (CHDL): OXA-23, OXA-24/40, OXA-48, OXA-51, OXA-58, OXA-143, OXA-198, OXA-134 und OXA-372.

### ZUSAMMENFASSUNG UND GRUNDLAGEN

Nukleinsäuretests können zusätzlich zum herkömmlichen Kulturresistenztest weitere Informationen bezüglich der Resistenzmechanismen liefern. Das Streck ARM-D-Kit, OXA, ermöglicht die Identifizierung von neun OXA-Genfamilien: OXA-23, OXA-24/40, OXA-48, OXA-51, OXA-58, OXA-143, OXA-198, OXA-134 und OXA-372. Weiterhin ist eine endogene interne Kontrolle (IC), die auf eine in gramnegativen Bakterien übliche konservierte Region abzielt, enthalten, um die Falsch-Negativ-Raten aufgrund von PCR-Unterdrückung, DNA-Abbau oder ungenügender Extraktion zu reduzieren. Der Test verwendet sequenzspezifische Primerpaare für die PCR-Amplifikation jeder Familie, sowie fluoreszenzmarkierte, zielspezifische DNA-Sonden zur Erkennung durch Echtzeit-PCR.

Dieses Produkt wurde mit dem Applied Biosystems (ABI) 7500 Fast Real-time PCR System validiert.

### INHALT

Das Kit umfasst drei Multiplex-Primer-/Sondenmix-Ampullen in TE-Puffer, pH 8,0 (10X PCR Mix 1, 2 und 3) für gleichzeitige Echtzeit-PCR-Amplifizierung aller Ziele zwischen drei Reaktionsgefäß. Drei externe DNA-Kontrollampullen (Kontrollmix 1, 2 und 3) mit synthetischen DNA-Templates der zugehörigen Multiplex-Ziele sind ebenfalls im Kit enthalten und stellen eine positive Kontrolle für jede Multiplexreaktion dar. Vorgemischte 2X-Supermix-Röhrchen mit Puffer, dNTPs, MgCl2 und DNA-Polymerase sind ebenso in jedem Kit enthalten. Der Kitumfang ist ausreichend für insgesamt 100 Reaktionen, einschließlich 12 Reaktionen von jedem zugehörigen Control Mix.

Primer-/Sondenampullen	Kontrollampullen	Kappenfarbe	Zielgene
10X PCR Mix 1	Control Mix 1	Rot	OXA-143, OXA-48, OXA-24/40, IC
10X PCR Mix 2	Control Mix 2	Weiß	OXA-58, OXA-51, OXA-23, IC
10X PCR Mix 3	Control Mix 3	Schwarz	OXA-198, OXA-134, OXA-372, IC

\*IC ist das interne Kontrollgen (Internal Control Gene), 16S rRNA.

### VORSICHTSMASSNAHMEN

- Die entsprechenden Laborrichtlinien festgelegten Sicherheitsvorschriften für biogefährdende Materialien sind einzuhalten.
- Immer DNase-/RNase-freie Kunststoffprodukte/Reagenzien und mit Aerosolbarrieren bestückte Pipettenspitzen verwenden.
- Materialsicherheitsdatenblätter sind unter [streck.com](http://streck.com), erhältlich oder können entweder telefonisch unter +1-402-333-1982 oder bei Ihrem örtlichen Lieferanten angefordert werden.

### LAGERUNG UND STABILITÄT

- Bei einer Lagerung bei -20 °C +/- 5 °C bleiben die nicht verwendeten Kit-Inhalte bis zum Verfallsdatum stabil.
- Die Reagenzien aus dem Streck ARM-D Kit sollten nicht mehr als 10 Mal eingefroren und wieder aufgetaut werden.

### PROBENTENTNAHME

Das Streck ARM-D Kit, OXA wurde durch zuvor charakterisierte DNA-Proben, die mithilfe des QIAGEN DNeasy Blood and Tissue Kit aus einer reinen Bakterienkultur extrahiert wurden, validiert. 1,5 ml einer 5 ml-Übernachtkultur wurden gemäß Extraktionskit-Protokoll verwendet und ergaben DNA-Konzentrationen zwischen 10-200 ng/µl, mit 260/280-Verhältniswerten, die zwischen 1,4 und 2,4 liegen. Alternative Wachstumsprotokolle für reine Techniken/Kits für Bakterienkulturen und Nukleinsäureextraktionen sollten auch DNA in ausreichender Menge und Qualität ergeben. Der 30-Zyklen-PCR-Assay wurde nicht zur Verwendung mit klinischen Proben getestet, bei denen die Ziele nur eine geringe Anzahl an DNA-Kopien aufweisen (z. B. direkte, unkultivierte Proben).

### REAKTIONSVOBEREITUNG

Reagenzien auftauen, kurz den Inhalt im Vortex durchmischen und die Ampullen vor dem Öffnen stoßweise drehen. Einen Mastermix (ohne Template-DNA) entsprechend der Tabelle unten und auf Grundlage der Anzahl der zu bearbeitenden Proben (plus eine Extra-Reaktion) vorbereiten. Mindestens eine Control Mix-Reaktion und zwei Kontrollproben ohne Template (NTC) für jeweils jeden Multiplex-PCR-Mix hinzufügen. Es wird empfohlen, jede unbekannte Probe mit beiden Multiplex-PCR-Mixen zu amplifizieren, um die Zielidentifikation zu maximieren. Durch mehrmaliges Auf- und Ab-Pipettieren gut durchmischen. 24 µl des Mastermixes in den PCR-Behälter oder das Reaktionsgefäß aliquotieren. Geben Sie 1 µl der unbekannten Probe, der zugehörigen Control Mix ampulle (1 oder 2) oder des nukleasefreien Wassers (für NTC) zum Mastermix innerhalb des entsprechenden PCR-Behälters oder -Reaktionsgefäßes hinzu. Es wird empfohlen, zwei NTC-Proben durchlaufen zu lassen; eine bei der PCR-Anordnung, um auf kontaminierte Reagenzien zu testen, und eine nach dem Zusetzen des Templates, um auf Übertragungen während der Template-Verteilung zu testen. Vor der Beladung des jeweiligen Gerätes die PCR-Platte oder das Reaktionsgefäß zentrifugieren.

Source (Quelle)	Bestandteil	25 µl Reaktion	Endgültige Konzentration
Labor-geliefert	Nukleasefreies Wasser	9,0 µl	NA
Streck ARM-D Kit	Supermix 2X	12,5 µl	1X
Streck ARM-D Kit	10X PCR-Mix 1, 2 oder 3	2,5 µl	1X
<b>Verteilen Sie vor Hinzufügen der Probe den Master Mix entsprechend in PCR-Vertiefungen oder -Reaktionsgefäß</b>			
Labor-geliefert bzw. Streck ARM-D Kit	Template – unbekannt oder NTC bzw. Template – Control Mix 1, 2 oder 3	1 µl	Variabel



Das folgende Protokoll wurde zur Nutzung mit dem zur Verfügung gestellten Supermix-2X-Mastermix optimiert. Einige Instrumente erfordern möglicherweise eine längere Frist zur Signalakquisition (Erkennungsschritt). Konsultieren Sie das Bedienerhandbuch des Instruments hinsichtlich zusätzlicher Informationen.

Schritt	Allgemeines Protokoll	ABI 7500 Fast Dx
Heißstart	98°C 30 Sek lang	98°C 30 Sek lang
30 Zyklen von:	98°C 5 Sek lang 60°C 10 Sek lang 72°C 20 Sek lang (Erkennungsschritt)	98°C 10 Sek lang 60°C 15 Sek lang 72°C 30 Sek lang (Erkennungsschritt)

### INSTRUMENTENEINSTELLUNG

Die Erkennung eines jeden Ziels basiert auf der Fluoreszenz des Fluorophors, das sich, wie in der Tabelle unten angezeigt, mit jeder zielspezifischen DNA-Sonde verknüpft hat. Sie finden im Folgenden allgemeine Anweisungen zur Instrumentenvorbereitung. Die für das ABI 7500 Fast Real-time PCR System spezifischen Parameter sind in der auf [streck.com](http://streck.com) verfügbaren Data Acquisition and Analysis Guide beschrieben.

- Stecken Sie die Platten oder Reaktionsgefäß in das Echtzeit-PCR-System.
- Erstellen Sie ein Thermalprofil oder Zyklusprotokoll bzw. wählen Sie ein vorhandenes aus.
- Weisen Sie ggf. die Kontroll- und Probenvertiefungen zu.
- Die Schwellenwerte sollten manuell zur optimalen Datenauswertung eingestellt werden (siehe Data Acquisition and Analysis Guide für die instrumentenspezifischen Schwellenwert- und Basislinieneinstellungen).

Tabelle 1. Die Erkennung eines jeden Ziels basiert auf der optischen Fluoreszenz des Fluorophors, das sich mit jeder zielspezifischen DNA-Sonde verknüpft hat.

Master Mix	Zielgen	Fluorophor	Exzitation $\lambda_{max}$	Emission $\lambda_{em}$
PCR Mix 1	OXA-143	FAM	495 nm	520 nm
	OXA-48	HEX	538 nm	555 nm
	OXA-24/40	TEX615	596 nm	613 nm
	IC	Cy5	645 nm	665 nm
PCR Mix 2	OXA-58	FAM	495 nm	520 nm
	OXA-51	HEX	538 nm	555 nm
	OXA-23	TEX615	596 nm	613 nm
	IC	Cy5	645 nm	665 nm
PCR Mix 3	OXA-198	FAM	495nm	520nm
	OXA-134	HEX	538nm	555nm
	OXA-372	TEX615	596nm	613nm
	IC	Cy5	645nm	665nm

### AUSWERTUNG DER DATEN

**Allgemein:** Jeder Echtzeit-PCR-Lauf muss mit den Control Mix ampullen, die im Kit mitgeliefert werden, validiert werden. Wenn die Vorgaben für die Cq-Werte nicht mit den DNA-Kontrollen übereinstimmen, dann werden die Ergebnisse als ungültig erachtet, und die Proben müssen neu evaluiert werden. Die Cq-Werte von unbekannten Proben werden, abhängig von der anfänglichen Anzahl von DNA-Kopien, variieren. Die Amplifikationskurven müssen für jede unbekannte Probe geprüft werden, um die Ergebnisse zu verifizieren. Die allgemeine Richtlinie besagt, dass Cq-Werte für OXA β-Laktamase-Ziele in unbekannten Isolaten zwischen 10 und 26 liegen können.

Das Streck ARM-D Kit, OXA ist ein qualitativer Test. Um die Leistung des Kits zu verifizieren muss jede Echtzeit-PCR-Analyse mit den im Kit mitgelieferten Control Mix ampullen verifiziert und mithilfe von positiven und negativen Kontrollamplifizierungskurven evaluiert werden.

- Die Cq-Werte für positive Kontrollen können zwischen verschiedenen Echtzeit-PCR-Systemen variieren. Verifizieren Sie für eine optimale Assayleistung, dass die Schwellenwerte für jedes Ziel und/oder Fluorophor vor der Analyse der Cq-Werte für unbekannte Proben manuell eingestellt wurden (siehe Data Acquisition and Analysis Guide für weitere Informationen).
- Die Kontrollproben haben einen positiven Cq-Wert in den FAM-, HEX-, TEX615- und Cy5-Kanälen. Wenn der Cq-Wert für jedes Ziel ≤26 ist, dann sollten die Kontrollläufe für gültig befunden werden.
- Negative Template-Kontrollen sollten keinen Zählzyklus-Wert (Cq-Wert) haben.
- Wenn es zu einem fehlgeschlagenen Lauf auf dem Echtzeit-PCR-System kommt, dann sind die Ergebnisse ungültig und die Assays müssen wiederholt werden.
- Unbekannte Proben können als positiv interpretiert werden, wenn der Cq-Wert ≤26 Zyklen ist.
- Die Cq-Werte von unbekannten Proben werden abhängig von der anfänglichen DNA-Konzentration variieren. Wenn in den FAM-, HEX- und TEX615-Kanälen für unbekannte Proben kein Cq-Wert festgestellt wird, muss bestätigt werden, dass die Proben den Reaktionen hinzugefügt wurden, indem die positive Amplifikation der internen Kontrolle (IC) im Cy5-Kanal verifiziert wird, die in jedem im Kit enthaltenen PCR-Mix ermittelt werden kann.
- Wenn keine Amplifikation in der unbekannten Probe festgestellt wird, dann kann die Probe als negativ für den Ziel-Resistenzmechanismus interpretiert werden.
- Wenn nach 26 Zyklen die Amplifikation einer unbekannten Probe in den FAM-, HEX- und TEX615-Kanälen festgestellt wird, dann muss die Probe weiter untersucht werden. Die Probe kann wieder extrahiert, der PCR-Lauf wiederholt oder das amplifizierte Produkt könnte zur Verifizierung sequenziert werden.
- Wenn die Cq-Werte für die Kontrollziele oder unbekannten Proben außerhalb des angegebenen Bereichs liegen, wenden Sie sich bitte zur weiteren Unterstützung an den Technischen Service von Streck unter +1-402-691-7510 oder [technicalservices@streck.com](mailto:technicalservices@streck.com).

### Anmerkungen:

- Als Richtlinie für die Bestimmung von ziel- und instrumentenspezifischen Cq-Werten für jede Kontrolle wird auf die instrumentenspezifischen Data Acquisition and Analysis Guides unter [streck.com](http://streck.com) verwiesen. Diese Werte wurden während der internen Validierung des Assays durch Streck für jedes Kontrollziel und indizierte Echtzeit-PCR-System bestimmt.
- In dieser Gebrauchsanweisung bezieht sich der Begriff Cq (Zählzyklus) auf die Zyklusnummer, bei welcher die Fluoreszenz aus der Amplifikation die Hintergrundfluoreszenz gemäß der Empfehlung der MIQE-Richtlinien übersteigt. Abhängig vom Hersteller des Echtzeit-PCR-Systems wurde der Begriff auch als Echtzeit-Zyklus (Ct) oder Kreuzungspunkt (Cp) bezeichnet.

## EINSCHRÄNKUNGEN

1. Die Primer zur internen Kontrolle (IC) wurden dazu entwickelt, um ein hochkonserviertes Zielgen, das in vielen gramnegativen Bakterien vorkommt, zu amplifizieren. In bestimmten gramnegativen Arten oder Stämmen kann das Zielgen der IC möglicherweise nicht amplifiziert werden. Dies sollte bei der Interpretation des Fehlens des IC-Produkts in einer bestimmten Probe in Betracht gezogen werden.
2. Die Genfamilienziele wurden auf eine beträchtliche Zahl von Isolaten mit hervorragenden Ergebnissen bezüglich Sensibilität und Spezifität getestet. Es wurden extensive Tests in DNA vorgenommen, die aus den Gattungen *Escherichia*, *Klebsiella*, *Salmonella*, *Acinetobacter* und *Enterobacter* entnommen wurden. Aufgrund der Genomvielfältigkeit der Bakterien kann Streck nicht garantieren, dass alle OXA- $\beta$ -Laktamase-Gene in allen gramnegativen Unterspezies entdeckt werden. Zur akkuratein Interpretation sollten die Ergebnisse dieses Tests in Verbindung mit anderen verfügbaren Labortests verwendet werden.
3. Die Verwendung des Streck ARM-D Kit, OXA mit alternativen 4-Kanal Echtzeit-PCR-Plattformen oder weiteren Enzymen, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung aufgezählt werden, ist möglich, erfordert jedoch ggf. eine Optimierung. Wenden Sie sich an den Technischen Service von Streck, wenn Sie Unterstützung brauchen.

## QUELLENANGABEN

1. Pérez-Pérez F.J., Hanson N.D. 2002. Detection of plasmid-mediated ampC  $\beta$ -lactamase genes in clinical isolates by using multiplex PCR. *J Clin Microbiol.* 40(6): 2153-2162.
2. Geyer C.N., Reisbig M.D., Hanson N.D. 2012. Development of a TaqMan multiplex PCR assay for detection of plasmid-mediated ampC  $\beta$ -lactamase genes. *J Clin Microbiol.* 50(11): 3722-3725.
3. Poirel L., Naas T., Nordmann P. Diversity, Epidemiology, and Genetics of Class D  $\beta$ -Lactamases. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy.* 2010;54(1):24-38. doi:10.1128/AAC.01512-08.
4. Vázquez-Ucha J.C., Maneiro M., Martínez-Guitián M., et al. Activity of the  $\beta$ -Lactamase Inhibitor LN-1-255 against Carbapenem-Hydrolyzing Class D  $\beta$ -Lactamases from *Acinetobacter baumannii*. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy.* 2017;61(11):e01172-17. doi:10.1128/AAC.01172-17.
5. Evans B.A., Amyes S.G.B. OXA  $\beta$ -Lactamases. *Clinical Microbiology Reviews.* 2014;27(2):241-263. doi:10.1128/CMR.00117-13.
6. Antunes N.T., Fisher J.F. Acquired Class D  $\beta$ -Lactamases. *Antibiotics.* 2014;3(3):398-434. doi:10.3390/antibiotics3030398.

## BESTELLINFORMATIONEN

Unterstützung bietet unsere Kundendienstabteilung unter der US-Rufnummer +1-402-333-1982. Zusätzliche Informationen finden Sie online unter [streck.com](http://streck.com).

## SYMBOLLISTE

Beachten Sie die Registerkarte Anweisungen (IFU) unter Ressourcen auf der Produktseite unter [streck.com](http://streck.com).

Alle Produktnamen, Logos, Marken und Zeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Eventuell auf dieses Produkt zutreffende Patente finden Sie unter [streck.com/patents](http://streck.com/patents).



Streck  
7002 S. 109 Street, La Vista, NE 68128 USA

**EC REP**

MEDI MARK® Europe  
11, rue Emile Zola, BP 2332  
38033 Grenoble Cedex 2, France

350732-3  
2025-02

## ISTRUZIONI PER L'USO

### USO PREVISTO

Il Streck ARM-D® Kit, OXA è un test molecolare qualitativo per l'individuazione dei geni produttori β-lattamasi OXA tramite sonde di DNA con marcatura fluorescente. L'identificazione positiva del gene tramite questo test indica la presenza del gene resistente agli OXA. Il ARM-D Kit, OXA è in grado di generare dati in meno di un'ora. **Questo prodotto è SOLO PER L'ESPORTAZIONE, non per la vendita negli Stati Uniti.**

### INTRODUZIONE

Gli enzimi OXA costituiscono la seconda più grande famiglia di geni di resistenza agli antibiotici nei batteri gram negativi e conferiscono resistenza alle penicilline, in cui alcuni sono resistenti alle cefalosporine e ai carbapenemi. Con l'emergere di enzimi OXA che possono conferire resistenza ai carbapenemi, in particolare in *A. baumannii*, queste beta-lattamasi sono diventate un problema significativo. Il rilevamento molecolare è importante per lo screening di questi agenti patogeni, il controllo delle infezioni, i dati epidemiologici e l'integrazione dei test fenotipici. Il Streck ARM-D Kit, OXA fornisce il rilevamento delle seguenti famiglie di geni Beta-lattamasi di classe D idrolizzanti i carbapenemi (CHDL): OXA-23, OXA-24/40, OXA-48, OXA-51, OXA-58, OXA-143, OXA-198, OXA-134 e OXA-372.

### RIEPILOGO E PRINCIPI

Eseguendo i test degli acidi nucleici, oltre ai test convenzionali di sensibilità delle colture, è possibile ottenere ulteriori informazioni sui meccanismi di resistenza. Il kit Streck ARM-D OXA consente l'identificazione di nove famiglie di geni OXA: OXA-23, OXA-24/40, OXA-48, OXA-51, OXA-58, OXA-143, OXA-198, OXA-134 e OXA-372. È inoltre incluso un controllo interno endogeno (IC) mirato a una regione conservata comune nei batteri Gram-negativi, che consente di ridurre i falsi negativi dovuti a inibizione della PCR, danneggiamento del DNA o estrazione non corretta. Questo test utilizza copie di primer a sequenza specifica per l'amplificazione della PCR di ogni famiglia, nonché sonde di DNA specifiche per il target, con marcatura fluorescente.

Questo prodotto è stato convalidato con il Applied Biosystems (ABI) 7500 Fast Real-time PCR System.

### CONTENUTO

Il kit contiene tre fiale di miscela primer-sonda multiplex in soluzione tampone TE, pH 8.0 (10X PCR Mix 1, 2 e 3) per l'amplificazione simultanea della PCR in tempo reale di tutti i target presenti tra tre provette di reazione. Nel kit sono inoltre incluse tre fiale di controllo di DNA esterne (Control Mix 1, 2 e 3) contenenti template sintetici di DNA dei target multiplex corrispondenti, da utilizzare come controllo positivo per ogni reazione multiplex. Ogni kit comprende anche fiale 2X Supermix premiscelate contenenti soluzione di tampone, dNTPs, MgCl<sub>2</sub> e DNA polimerasi. Il contenuto del kit è sufficiente per un totale di 100 reazioni, tra cui 12 reazioni di ogni miscela di controllo associata.

Fiale di primer/sonda	Fiale di controllo	Colore del tappo	Geni target
10X PCR Mix 1	Control Mix 1	Rosso	OXA-143, OXA-48, OXA-24/40, IC
10X PCR Mix 2	Control Mix 2	Bianco	OXA-58, OXA-51, OXA-23, IC
10X PCR Mix 3	Control Mix 3	Nero	OXA-198, OXA-134, OXA-372, IC

\*IC è il gene di controllo interno, 16S rRNA.

### PRECAUZIONI

- Con i campioni a potenziale rischio biologico adottare precauzioni consolidate conformemente alle linee guida del laboratorio.
- Utilizzare sempre reagenti/oggetti in plastica privi di DNase/RNase e puntali per pipette con barriera aerosol.
- I documenti SDS possono essere reperiti nel sito web streck.com oppure richiesti telefonicamente al numero 402-333-1982 o al fornitore di zona.

### CONSERVAZIONE E STABILITÀ

- Conservato a una temperatura di -20 °C +/- 5 °C, il contenuto del kit non utilizzato è stabile fino alla data di scadenza.
- I reagenti Streck ARM-D Kit non devono essere sottoposti a più di 10 cicli di congelamento/scongelamento.

### ESTRAZIONE DEI CAMPIONI

Il Streck ARM-D Kit, OXA è stato convalidato con campioni di DNA precedentemente caratterizzati estratti da coltura batterica pura utilizzando il QIAGEN DNeasy Blood and Tissue Kit. Sono stati utilizzati 1,5 ml di una coltura da 5 ml tenuta in incubazione durante la notte, come da protocollo del kit di estrazione, ottenendo concentrazioni di DNA da 10 a 200ng/ $\mu$ l con rapporto di 260/280 compreso fra 1,4 e 2,4. Risultati sufficienti in termini di produzione e qualità del DNA, saranno ottenuti anche con protocolli alternativi per le colture batteriche e altri kit/tecniche di estrazione dell'acido nucleico. Il test PCR in 30 cicli non è stato verificato per l'uso con campioni clinici in cui i target sono presenti in un basso numero di copie di DNA (ad. es. campioni diretti, non da colture).

### PREPARAZIONE DELLA REAZIONE

Scongelare i reagenti, agitare sul vortex per alcuni secondi per miscelare il contenuto e centrifugare a impulsi le fiale prima di aprirle. Preparare una miscela master (senza DNA template) in conformità alla tabella riportata sotto e in base al numero di campioni da elaborare (oltre a una reazione supplementare). Includere almeno una reazione Control Mix e due campioni NTC (no-template-control, controllo senza template) per ogni miscela per PCR multiplex. Si consiglia di amplificare ogni campione non noto con entrambe le miscele per PCR multiplex al fine di massimizzare l'identificazione dei target. Miscelare il pozzetto pipettando varie volte. Introdurre un'aliquota di 24 $\mu$ l di miscela master in ogni pozzetto o provetta per PCR in tempo reale. Aggiungere 1 $\mu$ l di campione non noto, corrispondente alla fiala Control Mix (1 o 2) o acqua priva di nucleasi (per NTC) alla miscela master nel rispettivo pozzetto e o nella rispettiva provetta per PCR. Si consiglia di eseguire test su due campioni NTC: uno al momento della configurazione della PCR per verificare la presenza di eventuali reagenti contaminati e uno dopo l'aggiunta del template per verificare il residuo durante la distribuzione del template. Centrifugare la piastra o le provette per PCR prima di caricarle nello strumento.

Origine	Componente	Reazione di 25 $\mu$ l	Concentrazione finale
Fornita dal laboratorio	Acqua priva di nucleasi	9,0 $\mu$ l	NA
Streck ARM-D Kit	Supermix 2X	12,5 $\mu$ l	1X
Streck ARM-D Kit	10X PCR Mix 1, 2 o 3	2,5 $\mu$ l	1X
<b>Distribuire la Master Mix nei pozzetti o nelle provette per PCR come appropriato prima dell'aggiunta del campione</b>			
Fornita dal laboratorio	Template - Non noto o NTC	1 $\mu$ l	Variabile
o Streck ARM-D Kit	Template - Control Mix 1, 2 o 3		



### PROTOCOLLO PCR

Il seguente protocollo è stato ottimizzato per l'uso con la miscela master Supermix 2X fornita. Alcuni strumenti possono richiedere tempi prolungati per l'acquisizione del segnale (fase di rilevamento). Per ulteriori informazioni consultare il manuale dello strumento.

Passaggio	Protocollo generale	ABI 7500 Fast Dx
Inizio a temperatura alta	98 °C per 30 sec.	98 °C per 30 sec.
30 cicli di	98 °C per 5 sec. 60 °C per 10 sec. 72 °C per 20 sec. (fase di rilevamento)	98 °C per 10 sec. 60 °C per 15 sec. 72 °C per 30 sec. (fase di rilevamento)

### CONFIGURAZIONE DELLO STRUMENTO

L'individuazione di ogni target si basa sulla fluorescenza del coniugato fluoroforo per ogni sonda DNA specifica per il target, come indicato nella tabella riportata sotto. Le seguenti sono istruzioni generali per la configurazione dello strumento. I parametri specifici per il ABI 7500 Fast Real-time PCR System sono descritti nelle Data Acquisition and Analysis Guide reperibili sul sito streck.com.

- Inserire le piastre o le provette nel sistema per PCR in tempo reale.
- Creare o selezionare un profilo termico o un protocollo di ciclizzazione termica.
- Quando è necessario, assegnare pozzetti di controllo e campioni.
- Per l'interpretazione dei dati, occorre impostare manualmente per ottenere prestazioni ottimali (vedere le Data Acquisition and Analysis Guide per le impostazioni consigliate di soglie e linee base specifiche per lo strumento).

Tabella 1. L'individuazione di ogni target si basa sulla fluorescenza ottica del coniugato fluoroforo per ogni sonda DNA specifica per il target.

Master Mix	Gene target	Fluoroforo	Eccitazione $\lambda_{max}$	Emissione $\lambda_{em}$
PCR Mix 1	OXA-143	FAM	495nm	520nm
	OXA-48	HEX	538nm	555nm
	OXA-24/40	TEX615	596nm	613nm
	IC	Cy5	645nm	665nm
PCR Mix 2	OXA-58	FAM	495nm	520nm
	OXA-51	HEX	538nm	555nm
	OXA-23	TEX615	596nm	613nm
	IC	Cy5	645nm	665nm
PCR Mix 3	OXA-198	FAM	495nm	520nm
	OXA-134	HEX	538nm	555nm
	OXA-372	TEX615	596nm	613nm
	IC	Cy5	645nm	665nm

### INTERPRETAZIONE DEI DATI

**Informazioni generali:** Ogni test PCR in tempo reale deve essere convalidato con le fiale di miscela di controllo Control Mix fornite nel kit. Se le specifiche per i valori di Cq per i controlli del DNA non sono soddisfatte, i risultati sono considerati non validi e i campioni devono essere sottoposti a nuova analisi. I valori di Cq dei campioni non noti, varieranno in base al numero iniziale di copie di DNA. Controllare visivamente le curve di amplificazione di ogni campione non noto per verificare i risultati. Come linea guida generale, i valori di Cq per i target di OXA β-lattamasi negli isolati non noti possono variare da 10 a 26.

Il Streck ARM-D Kit, OXA è un test qualitativo. Per verificare le prestazioni del kit, ogni test PCR in tempo reale deve essere controllato con le fiale di miscela di controllo Control Mix in dotazione nel kit e valutando le curve di amplificazione dei controlli positivo e negativo.

- I valori di Cq per i controlli positivi possono variare tra i diversi sistemi per PCR in tempo reale. Per ottenere prestazioni ottimali dal test, verificare che i valori di soglia per ogni target e/o fluoroforo siano stati impostati manualmente prima dell'analisi dei valori di Cq per i campioni non noti, (per ulteriori informazioni vedere le Data Acquisition and Analysis Guide specifiche dello strumento).
- I campioni di controllo avranno un valore di Cq positivo nei canali FAM, HEX, TEX615 e Cy5. Se il valore di Cq è ≤ 26 per ogni target, il test di controllo deve essere considerato valido.
- I controlli negativi del modulo non devono avere un valore Cq (ciclo di quantificazione).
- Qualora si verifichasse un errore di elaborazione del sistema per PCR in tempo reale, i risultati non saranno validi e il test dovrà essere ripetuto.
- I campioni non noti possono essere interpretati come positivi se il valore di Cq è ≤ 26 cicli.
- I valori di Cq dei campioni non noti, varieranno in base alla concentrazione di DNA iniziale. Se nei canali FAM, HEX e TEX615 non viene rilevato alcun valore di Cq per i campioni non noti, verificare che il campione sia stato aggiunto alle reazioni controllando l'amplificazione positiva del controllo interno (IC) nel canale Cy5, rilevabile in ogni miscela PCR inclusa nel kit.
- Qualora non fosse rilevata alcuna amplificazione con il campione non noto, il campione può essere interpretato come negativo per i meccanismi di resistenza target.
- Se dopo 26 cicli viene rilevata amplificazione di un campione non noto nei canali FAM, HEX e TEX615, il campione richiede ulteriore indagine. Il campione può essere estratto nuovamente e il test PCR può essere ripetuto oppure il prodotto amplificato può essere sottoposto a sequenziamento per verifica.
- Se i valori di Cq per i target o i campioni non noti di controllo non rientrano nel range indicato, contattare i servizi di assistenza tecnica di Streck per ulteriore supporto al numero 402-333-1982 o all'indirizzo [technicalservices@streck.com](mailto:technicalservices@streck.com).

### Note:

- Come linea guida per la determinazione dei valori di Cq di ogni controllo, specifici per strumento e target, consultare le Data Acquisition and Analysis Guides specifiche dello strumento, reperibili sul sito streck.com. Questi valori sono stati determinati durante la convalida interna del test eseguita da Streck per ogni target di controllo e sistema PCR in tempo reale indicato.
- Nelle presenti istruzioni per l'uso, il termine Cq (Quantification Cycle, ciclo di quantificazione) indica il numero di cicli in cui la fluorescenza da amplificazione supera la fluorescenza di fondo come da raccomandazione delle Linee guida MIQE. Tuttavia, a seconda del produttore del sistema per PCR in tempo reale, il termine è indicato anche come ciclo di soglia (Ct) o crossing point (Cp).

## LIMITAZIONI

1. I primer del controllo interno (IC) sono stati studiati per amplificare un target genico altamente conservato presente in molti batteri Gram-negativi. Tuttavia, l'IC potrebbe non amplificare correttamente target provenienti da determinati ceppi o specie di batteri Gram-negativi. Occorre pertanto considerare questa condizione nell'interpretazione dell'assenza di prodotto da IC di un campione specifico.
2. Le famiglie di geni target sono state sottoposte a test rispetto a un numero considerevole di isolati con eccellenti risultati in termini di sensibilità e specificità. Un test esauriente è stato effettuato su DNA estratto dai generi *Escherichia*, *Klebsiella*, *Salmonella*, *Acinetobacter* e *Enterobacter*. Tuttavia, data la diversità genetica dei batteri, Streck non garantisce l'individuazione di tutti i geni produttori OXA β-lattamasi in tutte le sottospecie di Gram-negativi. Per un'interpretazione accurata, i risultati di questo test devono essere utilizzati in combinazione con altri test di laboratorio disponibili.
3. L'utilizzo del Streck ARM-D Kit, OXA con sistemi per PCR in tempo reale a 4 canali alternative o altri enzimi non elencati nelle presenti istruzioni per l'uso è possibile, tuttavia può esserne necessaria l'ottimizzazione. Contattare i servizi di assistenza tecnica Streck per ricevere assistenza.

## BIBLIOGRAFIA

1. Pérez-Pérez F.J., Hanson N.D. 2002. Detection of plasmid-mediated ampC β-lactamase genes in clinical isolates by using multiplex PCR. *J Clin Microbiol.* 40(6): 2153-2162.
2. Geyer C.N., Reisbig M.D., Hanson N.D. 2012. Development of a TaqMan multiplex PCR assay for detection of plasmid-mediated ampC β-lactamase genes. *J Clin Microbiol.* 50(11): 3722-3725.
3. Poirel L., Naas T., Nordmann P. Diversity, Epidemiology, and Genetics of Class D β-Lactamases. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy.* 2010;54(1):24-38. doi:10.1128/AAC.01512-08.
4. Vázquez-Ucha J.C., Maneiro M., Martínez-Guitián M., et al. Activity of the β-Lactamase Inhibitor LN-1-255 against Carbapenem-Hydrolyzing Class D β-Lactamases from *Acinetobacter baumannii*. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy.* 2017;61(11):e01172-17. doi:10.1128/AAC.01172-17.
5. Evans B.A., Amyes S.G.B. OXA β-Lactamases. *Clinical Microbiology Reviews.* 2014;27(2):241-263. doi:10.1128/CMR.00117-13.
6. Antunes N.T., Fisher J.F. Acquired Class D β-Lactamases. *Antibiotics.* 2014;3(3):398-434. doi:10.3390/antibiotics3030398.

## INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE

Per assistenza rivolgersi al reparto Servizio di Assistenza ai Clienti al numero 402-333-1982. Per ulteriori informazioni visitare il sito Web [streck.com](http://streck.com).

## GLOSSARIO DEI SIMBOLI

Vedere la scheda Instructions (IFU) (Istruzioni) in Resources (Risorse) sulla pagina del prodotto all'indirizzo [streck.com](http://streck.com).

Tutti i nomi dei prodotti, i loghi, i marchi e le marche sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Vedere [streck.com/patents](http://streck.com/patents) per i brevetti che potrebbero essere applicabili a questo prodotto.



Streck  
7002 S. 109 Street, La Vista, NE 68128 USA

**EC REP**

MEDI MARK® Europe  
11, rue Emile Zola, BP 2332  
38033 Grenoble Cedex 2, France

350732-3  
2025-02

**INSTRUCCIONES DE USO****USO PREVISTO**

El Streck ARM-D® Kit, OXA es una prueba molecular cualitativa para la detección de genes de betalactamasa OXA con sondas de ADN marcadas de manera fluorescente. La identificación positiva de los genes en esta prueba indica la presencia de genes de resistencia a OXA. El ARM-D Kit, OXA genera datos en menos de una hora. **Este es un producto SOLO PARA EXPORTACIÓN, no se debe vender en los Estados Unidos.**

**INTRODUCCIÓN**

Las enzimas OXA forman parte de la segunda familia más grande de genes de resistencia a los antibióticos en bacterias gram negativas y confieren resistencia a las penicilinas, con alguna resistencia a las cefalosporinas y los carbapenemas. Con el surgimiento de las enzimas OXA que pueden conferir resistencia a los carbapenemas, particularmente en *A. baumannii*, estas beta lactamasas se han convertido en un problema considerable. La detección molecular es importante para la detección de estos patógenos, el control de infecciones, los datos epidemiológicos y las pruebas fenotípicas complementarias. El Streck ARM-D Kit, OXA permite la detección de las siguientes familias de genes de betalactamasa clase D que hidrolizan carbapenem (CHDL): OXA-23, OXA-24/40, OXA-48, OXA-51, OXA-58, OXA-143, OXA-198, OXA-134 y OXA-372.

**RESUMEN Y PRINCIPIOS**

Las pruebas de ácido nucleico pueden ofrecer información complementaria de los mecanismos de resistencia, además de pruebas de susceptibilidad al cultivo convencional. El kit Streck ARM-D, OXA permite identificar nueve familias de genes OXA: OXA-23, OXA-24/40, OXA-48, OXA-51, OXA-58, OXA-143, OXA-198, OXA-134 y OXA-372. Además, se incluye un control interno (IC) endógeno que apunta a una región conservada común en bacterias gram negativas para reducir los falsos negativos debido a la inhibición de PCR, degradación del ADN o extracción deficiente. Esta prueba utiliza pares primer específicos de secuencia para la amplificación de PCR en cada familia, y sondas de ADN específicas para el objetivo y marcadas de manera fluorescente para la detección a través del PCR en tiempo real.

Este producto ha sido validado con el Applied Biosystems (ABI) 7500 Fast Real-time PCR System.

**CONTENIDO**

El kit incluye tres viales de mezcla de sondas y cebadores múltiples en un tampón TE, pH 8.0 (10X PCR Mix 1, 2 y 3) para la amplificación simultánea mediante PCR en tiempo real de todos los objetivos en tres tubos de reacción. Además, el kit incluye tres viales externos de control de ADN (Mezcla de Control 1, 2 y 3) que contienen plantillas de ADN sintético de los objetivos múltiples correspondientes, para usarse como control positivo en cada reacción múltiple. Los viales 2X Supermix premezclados con amortiguador, dNTP, MgCl<sub>2</sub> y ADN polimerasa también se incluyen en cada kit. El contenido del kit es suficiente para un total de 100 reacciones, incluidas 12 reacciones de cada Control Mix asociada.

Viales primer/sonda	Viales para control	Color del tapón	Genes objetivo
10X PCR Mix 1	Control Mix 1	Rojo	OXA-143, OXA-48, OXA-24/40, IC
10X PCR Mix 2	Control Mix 2	Blanco	OXA-58, OXA-51, OXA-23, IC
10X PCR Mix 3	Control Mix 3	Negro	OXA-198, OXA-134, OXA-372, IC

\*IC es el gen de control interno, 16S ARNr.

**PRECAUCIONES**

- Respete las precauciones establecidas con las muestras que puedan ser biológicamente peligrosas de acuerdo con las pautas del laboratorio.
- Utilice siempre recipientes plásticos/reactivos sin ADNasa/ARNasa y puntas de pipeta resistentes a los aerosoles.
- Para obtener hojas de datos de seguridad, vaya al sitio web [streck.com](http://streck.com), o llame al 402-333-1982 o al proveedor de su localidad.

**ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD**

- El contenido del kit sin usar se conserva estable hasta la fecha de vencimiento si se almacena a -20 °C +/- 5 °C.
- Los reactivos Streck ARM-D Kit no deben someterse a más de 10 ciclos de congelamiento/descongelamiento.

**EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA**

El Streck ARM-D Kit, OXA se validó con muestras de ADN previamente caracterizadas, extraídas de un cultivo bacteriano puro con el QIAGEN DNeasy Blood and Tissue Kit. Se utilizaron 1,5 ml de un cultivo nocturno de 5 ml de acuerdo con el protocolo del kit de extracción, lo que produjo concentraciones de ADN a partir de 10-200 ng/μl, con coeficientes de 260/280 desde 1,4 hasta 2,4. Los protocolos de crecimiento alternativos para los cultivos bacterianos puros, y las técnicas/los kits de extracción de ácido nucleico también deberían generar un ADN de calidad y rendimiento suficientes. El ensayo de PCR de 30 ciclos no se ha probado para el uso con muestras clínicas, en donde los objetivos aparecen en baja cantidad de copias de ADN (por ejemplo, muestras directas sin cultivo).

**PREPARACIÓN DE LA REACCIÓN**

Descongele los reactivos, agite en vórtex brevemente para mezclar el contenido y pulse-centrifugue los viales antes de abrir. Prepare una mezcla maestra (sin plantilla de ADN) de acuerdo con la siguiente tabla y la cantidad de muestras que se deben procesar (además de una reacción adicional). Incluya al menos una reacción de Control Mix y dos muestras de control sin plantilla (NTC) para cada mezcla respectiva de PCR múltiple. Se recomienda amplificar cada muestra desconocida con ambas mezclas de PCR múltiple para maximizar la identificación del objetivo. Mezcle bien pipeteando hacia arriba y hacia abajo varias veces. Coloque una parte alícuota de 24 μl de la mezcla maestra en cada recipiente o tubo de PCR en tiempo real. Agregue 1 μl de muestra desconocida, el vial para Control Mix correspondiente (1, 2 o 3) o agua sin nucleasas (para NTC) a la mezcla maestra en el recipiente o tubo de PCR respectivo. Se recomienda realizar un ensayo con dos muestras de NTC; una durante la configuración del PCR para realizar una prueba en busca de reactivos contaminados y la otra, después de agregar la plantilla, para probar el arrastre durante su distribución. Centrifugue las placas o los tubos de PCR antes de cargarlos en el instrumento correspondiente.

Fuente	Componente	Reacción de 25μl	Concentración final
Proporcionada por el laboratorio	Agua sin nucleasas	9,0μl	NA
Streck ARM-D Kit	Supermix 2X	12,5μl	1X
Streck ARM-D Kit	Mezcla 10X PCR 1, 2 o 3	2,5μl	1X
<b>Distribuya la Master Mix en los recipientes o tubos de PCR según corresponda antes de agregar la muestra</b>			
Proporcionada por el laboratorio o Streck ARM-D Kit	Plantilla: desconocida, NTC o Plantilla: Control Mix 1, 2 o 3	1μl	Variable

**Spanish (Español)****PROTOCOLO DE PCR**

El siguiente protocolo se ha optimizado para su uso con la mezcla maestra Supermix 2X suministrada. Es posible que algunos instrumentos requieran más tiempo para adquirir la señal (paso de detección). Consulte el manual de su instrumento para obtener más información.

Paso	Protocolo general	ABI 7500 Fast Dx
Inicio en caliente	98 °C durante 30 s	98 °C durante 30 s
30 ciclos de:	98 °C durante 5 s 60 °C durante 10 s 72 °C durante 20 s (paso de detección)	98 °C durante 10 s 60 °C durante 15 s 72 °C durante 30 s (paso de detección)

**CONFIGURACIÓN DEL INSTRUMENTO**

La detección de cada objetivo se basa en la fluorescencia del fluoróforo conjugado en cada sonda de ADN específica para el objetivo, como se muestra en la siguiente tabla. A continuación se presentan las instrucciones de configuración general del instrumento. Los parámetros específicos del ABI 7500 Fast Real-time PCR System se describen en las Data Acquisition and Analysis Guide, que se pueden encontrar en [streck.com](http://streck.com).

- Introduzca las placas o los tubos en el sistema de PCR en tiempo real.
- Cree o seleccione un perfil térmico o protocolo de ciclos.
- Asigne recipientes de control y muestra cuando sea necesario.
- Para interpretar los datos, los umbrales deben configurarse de manera manual para un rendimiento óptimo (consulte la Data Acquisition and Analysis Guide para conocer la configuración del umbral y de la línea de base específica del instrumento).

Tabla 1. La detección de cada objetivo se basa en la fluorescencia del fluoróforo conjugado en cada sonda de ADN específica para el objetivo.

Master Mix	Gen objetivo	Fluoróforo	Excitación $\lambda_{max}$	Emisión $\lambda_{em}$
PCR Mix 1	OXA-143	FAM	495 nm	520 nm
	OXA-48	HEX	538 nm	555 nm
	OXA-24/40	TEX615	596 nm	613 nm
	IC	Cy5	645 nm	665 nm
PCR Mix 2	OXA-58	FAM	495 nm	520 nm
	OXA-51	HEX	538 nm	555 nm
	OXA-23	TEX615	596 nm	613 nm
	IC	Cy5	645 nm	665 nm
PCR Mix 3	OXA-198	FAM	495nm	520nm
	OXA-134	HEX	538nm	555nm
	OXA-372	TEX615	596nm	613nm
	IC	Cy5	645nm	665nm

**INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS**

**General:** Cada ensayo de PCR en tiempo real se debe validar con los viales para Control Mix proporcionados con el kit. Si no se respetan las especificaciones para los valores Cq en los controles de ADN, los resultados se consideran no válidos y las muestras deben volver a evaluarse. Los valores Cq de muestras desconocidas variarán en función de la cantidad de copias de ADN iniciales. Inspeccione de manera visual las curvas de amplificación de cada muestra desconocida para verificar los resultados. Como pauta general, los valores Cq para los objetivos de betalactamasa OXA en cultivos aislados desconocidos pueden oscilar entre 10 y 26.

El Streck ARM-D Kit, OXA es una prueba cualitativa. Para comprobar el rendimiento del kit, cada ensayo de PCR en tiempo real se debe verificar con los viales para Control Mix que se entregan con el kit, y mediante la evaluación de las curvas de amplificación de control positivo y negativo.

- Los valores Cq para controles positivos pueden variar entre los sistemas de PCR en tiempo real. Para lograr un rendimiento óptimo del ensayo, verifique que los valores de umbral de cada objetivo o fluoróforo se hayan configurado de manera manual antes de analizar los valores Cq de muestras desconocidas. Consulte las Data Acquisition and Analysis Guide específicas del instrumento para obtener más información.
- Las muestras de control ofrecerán un valor Cq positivo en los canales FAM, HEX, TEX615 y Cy5. Si el valor Cq es ≤ 26 en cada objetivo, los ensayos de control deben considerarse válidos.
- Los controles con plantilla negativos no deben tener un valor de ciclo de cuantificación (Cq).
- Si se produce un error en el ensayo en el sistema de PCR en tiempo real, los resultados no son válidos y el ensayo debe repetirse.
- Es posible que las muestras desconocidas se interpreten como positivas si el valor Cq es ≤ 26 ciclos.
- Los valores Cq de muestras desconocidas variarán en función de la concentración de ADN inicial. Si no se detecta ningún valor Cq en los canales FAM, HEX y TEX615 para muestras desconocidas, confirme que la muestra se haya agregado a las reacciones mediante la verificación de la amplificación positiva del control interno (IC) en el canal Cy5, que se puede detectar en cada mezcla de PCR incluida en el kit.
- Si no se detecta ninguna amplificación con la muestra desconocida, es posible que la muestra se interprete como negativa para los mecanismos de resistencia objetivos.
- Si se detecta la amplificación de la muestra desconocida en los canales FAM, HEX y TEX615 luego de 26 ciclos, la muestra requiere más investigación. Es posible volver a extraer la muestra, volver a realizar el ensayo de PCR o secuenciar el producto amplificado para la verificación.
- Si los valores Cq de los objetivos de control o de las muestras desconocidas se encuentran fuera del rango indicado, comuníquese con el Servicio Técnico de Streck para obtener más asistencia al 402-691-7510 o escriba a [technicalservices@streck.com](mailto:technicalservices@streck.com).

**Notas:**

- Como pauta para determinar los valores Cq específicos del objetivo y del instrumento para cada control, consulte las Data Acquisition and Analysis Guides específicas del instrumento, disponibles en [streck.com](http://streck.com). Estos valores se determinaron durante la validación interna del ensayo de Streck para cada objetivo de control y sistema PCR en tiempo real indicados.
- En estas IFU, el término Cq (ciclo de cuantificación) indica el número de ciclo en el que la fluorescencia de la amplificación supera la fluorescencia original de acuerdo con las recomendaciones de las Pautas MIQE. Sin embargo, según quién sea el fabricante del sistema PCR en tiempo real, el término también se conoce como ciclo de umbral (Ct) o punto de cruce (Cp).

## LIMITACIONES

1. Los primers de control interno (CI) han sido diseñados para amplificar un objetivo de gen altamente conservado en muchas bacterias gram negativas. Sin embargo, es posible que el CI no amplifique correctamente ciertas especies o cepas gram negativas. Por lo tanto, esto debería considerarse para interpretar la ausencia del producto de CI en una muestra específica.
2. Los objetivos de la familia de genes se han probado respecto de una cantidad considerable de cultivos aislados con excelente sensibilidad y resultados de especificidad. Se han realizado pruebas exhaustivas en ADN extraído de géneros de *Escherichia*, *Klebsiella*, *Salmonella*, *Acinetobacter* y *Enterobacter*. Sin embargo, debido a la diversidad genómica de las bacterias, Streck no garantiza la detección de todos los genes de betalactamasa OXA en todas las subespecies gram negativas. Los resultados de esta prueba deben utilizarse en combinación con otras pruebas de laboratorio disponibles para llevar a cabo una interpretación precisa.
3. Es posible utilizar el Streck ARM-D Kit, OXA con plataformas alternativas de PCR en tiempo real de 4 canales u otras enzimas no enumeradas en esta IFU, pero es posible que sea necesario realizar una optimización. Comuníquese con el Servicio Técnico de Streck para recibir asistencia.

## BIBLIOGRAFÍA

1. Pérez-Pérez F.J., Hanson N.D. 2002. Detection of plasmid-mediated ampC  $\beta$ -lactamase genes in clinical isolates by using multiplex PCR. *J Clin Microbiol.* 40(6): 2153-2162.
2. Geyer C.N., Reisbig M.D., Hanson N.D. 2012. Development of a TaqMan multiplex PCR assay for detection of plasmid-mediated ampC  $\beta$ -lactamase genes. *J Clin Microbiol.* 50(11): 3722-3725.
3. Poirier L., Naas T., Nordmann P. Diversity, Epidemiology, and Genetics of Class D  $\beta$ -Lactamases. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy.* 2010;54(1):24-38. doi:10.1128/AAC.01512-08.
4. Vázquez-Ucha J.C., Maneiro M., Martínez-Guitián M., et al. Activity of the  $\beta$ -Lactamase Inhibitor LN-1-255 against Carbapenem-Hydrolyzing Class D  $\beta$ -Lactamases from *Acinetobacter baumannii*. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy.* 2017;61(11):e01172-17. doi:10.1128/AAC.01172-17.
5. Evans B.A., Amyes S.G.B. OXA  $\beta$ -Lactamases. *Clinical Microbiology Reviews.* 2014;27(2):241-263. doi:10.1128/CMR.00117-13.
6. Antunes N.T., Fisher J.F. Acquired Class D  $\beta$ -Lactamases. *Antibiotics.* 2014;3(3):398-434. doi:10.3390/antibiotics3030398.

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Si necesita ayuda, póngase en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente llamando al 402-333-1982. En el sitio web [streck.com](http://streck.com) encontrará más información.

## GLOSARIO DE SÍMBOLOS

Pestaña de Instrucciones (IFU) bajo la sección Recursos en la página del producto en [streck.com](http://streck.com).

Todos los nombres de productos, logotipos, marcas comerciales y otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

En [streck.com/patents](http://streck.com/patents) encontrará las patentes que pudieran estar relacionadas con este producto.



**EC REP**

MEDI MARK® Europe  
11, rue Émile Zola, BP 2332  
38033 Grenoble Cedex 2, France

350732-3

2025-02

## BRUKSANVISNING

### ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Streck ARM-D® Kit, OXA är ett kvalitativt, molekylärt test för att detektera OXA β-laktamasa gener genom fluorescensmärkta DNA-sonder. Positiv identifikation av genen vid det här testet anger förekomsten av OXA-resistensgener. ARM-D Kit, OXA genererar data på mindre än en timme. **Produkten är ENBART avsedd FÖR EXPORT, ej för försäljning i USA.**

### INLEDNING

OXA-enzymer utgör den andra största familjen av antibiotikaresistenta gener i gramnegativa bakterier och ger resistens mot penicillin och i vissa fall resistens mot cefalosporiner och karbapenemer. Med framväxten av OXA-enzymer som ger resistens mot karbapenemer, i synnerhet för *A. baumannii*, har dessa betalaktamaser blivit ett betydande problem. Molekylär detektion är viktigt för screening av dessa patogener, infektionskontroll, epidemiologiska data och komplettering av fenotypisk testning. Streck ARM-D Kit, OXA tillhandahåller detektion av följande genfamiljer av karbapenemhydrolyserande betalaktamaser av klass D (CHDL): OXA-23, OXA-24/40, OXA-48, OXA-51, OXA-58, OXA-143, OXA-198, OXA-134 och OXA-372.

### SAMMANFATTNING OCH PRINCIPER

Tester med nukleinsyra kan tillhandahålla kompletterande information om resistensmekanismerna jämfört med konventionell kultursättning. Streck ARM-D Kit, OXA möjliggör identifikation av nio OXA-genfamiljer: OXA-23, OXA-24/40, OXA-48, OXA-51, OXA-58, OXA-143, OXA-198, OXA-134 och OXA-372. Dessutom ingår en endogen intern kontroll (IC) som riktar sig mot en bevarad del som är vanlig i gramnegativa bakterier för att minska falska negativa på grund av PCR-hämning, DNA-degradering eller dålig extraktion. Det här testet använder sekvensspecifika primerpar för PCR-amplifieringen av varje familj samt DNA-sonder för detektion av realtidPCR.

Den här produkten har godkänts med Applied Biosystems (ABI) 7500 Fast Real-time PCR System.

### INNEHÅLL

Satsen består av tre flaskor med multiplexa primer-sondblandningar i TE-buffert, pH 8,0 (10X PCR-blandning 1, 2 och 3) för samtidig PCR-förstärkning i realtid av alla mål mellan tre reaktionsrör. Satsen innehåller även tre externa DNA-kontrollflaskor (Kontrollblandning 1, 2 och 3) som innehåller syntetiska DNA-templat för motsvarande multiplexmål och används som positiv kontroll för varje multiplexreaktion. Förblandade 2X Supermix-flaskor innehållande buffert, dNTPs, MgCl<sub>2</sub>, och DNA-polymerase finns också med i varje sats. Satsens innehåll räcker till totalt 100 reaktioner, inklusive 12 reaktioner för varje associerad Control Mix.

Primer/sondblandning	Kontrollflaskor	Lockfärg	Målgener
10X PCR Mix 1	Control Mix 1	Röd	OXA-143, OXA-48, OXA-24/40, IC
10X PCR Mix 2	Control Mix 2	Vit	OXA-58, OXA-51, OXA-23, IC
10X PCR Mix 3	Control Mix 3	Svart	OXA-198, OXA134, OXA-372, IC

\*IC är den interna kontrollgenen (Internal Control Gene), 16S rRNA.

### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Använd etablerade försiktighetsåtgärder med potentiellt biologiskt farliga specimen i enlighet med riktlinjerna i ditt laboratorium.
- Använd alltid plastvara/reagenser som är fria från DNase/RNase och pipettspetsar med aerosol-barriär.
- Säkerhetsdatablad kan hämtas från streck.com eller kan fås genom att ringa +1-402-333-1982 eller närmaste leverantör.

### FÖRVARING OCH HÅLLBARHET

- Vid förvaring i -20 °C +/- 5 °C är oanvänt innehåll i setet stabila fram till förfallodatumen.
- Reagenserna i Streck ARM-D Kit får inte utsättas för mer än 10 cykler av nedfrysning och upptining.

### PROVEXTRAKTION

Streck ARM-D Kit, OXA godkändes med tidigare karakteriserade DNA-prov som extraherades från ren bakteriekultur med QIAGEN DNeasy Blood and Tissue Kit, 1,5 ml av 5 ml övernattetskultur användes i enlighet med extraktsutrustningens protokoll vid framställningen av DNA-koncentrationer som sträcker sig från 10-200 ng/µl, med förhållanden 260/280 som sträcker sig från 1,4 till 2,4. Alternativa tillväxtprotokoll för ren bakteriekultur och nukleinsyra-extraktionsutrustning/sats bör även ge DNA med tillräcklig avkastning och kvalitet. 30-cykels PCR-analysen har inte testats för användning med kliniska pröver vars mål finns i antalet låga DNA-kopior (t.ex. direkta ej odlade pröver).

### REAKTNSFÖRBEREDELSE

Uppningsreagenser, virlas kort för att blanda innehållet och flaskorna pulscentrifugeras innan de öppnas. Förbered en masterblandning (utan templat-DNA) enligt tabellen nedan och baserad på antalet pröver som ska processas (plus en extra reaktion). Inkludera åtminstone en reaktion av en Control Mix och två pröver för reagenskontroll utan templat (NTC, no-template-control) för respektive multiplexa PCR Mix. Vi rekommenderar att varje okänt prov amplifieras med båda multiplex PCR-blandningarna för att maximera målidentifikationen. Blandningen kommer att pipetteras upp och ner flera gånger. Alirkvoten 24µl på masterblandningen i varje realtidPCR-brunn eller -rör. Tillsätt 1µl av okänt prov som motsvarar flaskan med Control Mix (1, 2 eller 3), eller nukleasfritt vatten (för NTC) till masterblandningen i respektive PCR-brunn eller -rör. Vi rekommenderar att du kör två NTC-pröver; en under PCR-installationen för att testa mot kontaminerade reagenser och en efter templatet har tillsatts för att testa mot överföring under templatets distribution. Centrifugera PCR-platta eller rör före laddning i respektive instrument.

Källa	Komponent	25µl reaktion	Slutgiltig koncentration
Levererat lab	Nukleasfritt vatten	9,0µl	NA
Streck ARM-D Kit	Supermix 2X	12,5µl	1X
Streck ARM-D Kit	10X PCR Mix 1, 2 eller 3	2,5µl	1X
<b>Distribuera Master Mix i PCR-brunnar eller -rör i förekommande fall innan prövet tillsätts</b>			
Levererat lab eller Streck ARM-D Kit	Templat - Okänt eller NTC eller Templat - Control Mix 1, 2 eller 3	1µl	Variabel

### PCR PROTOKOLL

Följande protokoll har optimerats för användning med den medföljande Supermix 2X masterblandningen. Vissa instrument kan kräva längre förlängningstid för signalmottagning (detekteringssteg). Läs manuallen till

Steg	Allmänt protokoll	ABI 7500 Fast Dx
Varm start	98°C i 30 sek	98°C i 30 sek
30 cykler på:	98°C i 5 sek 60 °C i 10 sek 72°C i 20 sek (Detekteringssteg)	98°C i 10 sek 60 °C i 115 sek 72°C i 30 sek (Detekteringssteg)

### MONTERA INSTRUMENTET

Detekteringen av varje mål baseras på fluorofors fluorescens som har konjugerats till varje målspecifik DNA-sond såsom visas i tabellen nedan. Nedan följer allmänna instruktioner för instrumentets montering. Parametrar som är specifika för ABI 7500 Fast Real-time PCR System beskrivs i Data Acquisition and Analysis Guide som finns på streck.com.

- Stoppa in plattor eller rör i realtidPCR-systemet.
- Skapa eller välj en termisk profil eller cykelprotokoll.
- Tilldela vid behov kontroll- och provbrunnar.
- För datatolkning bör trösklarna ställas in manuellt för optimal prestanda (se Data Acquisition and Analysis Guide för rekommenderad inställning av instrumentspecifik tröskel och baslinje).

Tabell 1. Detekteringen av varje mål baseras på den optiska fluorofors fluorescens som har konjugerats till varje målspecifik DNA-sond.

Master Mix	Målgren	Fluorofor	Excitation $\lambda_{max}$	Emission $\lambda_{em}$
PCR Mix 1	OXA-143	FAM	495nm	520nm
	OXA-48	HEX	538nm	555nm
	OXA-24/40	TEX615	596nm	613nm
	IC	Cy5	645nm	665nm
PCR Mix 2	OXA-58	FAM	495nm	520nm
	OXA-51	HEX	538nm	555nm
	OXA-23	TEX615	596nm	613nm
	IC	Cy5	645nm	665nm
PCR Mix 3	OXA-198	FAM	495nm	520nm
	OXA-134	HEX	538nm	555nm
	OXA-372	TEX615	596nm	613nm
	IC	Cy5	645nm	665nm

### DATATOLKNING

**Allmänt:** Varje realtidPCR-körning måste godkännas med flaskorna med Control Mix som medföljer satsen. Om specifikationerna för Cq-värdena för DNA-kontrollerna inte möts ska resultaten anses vara ogiltiga och proverna måste utvärderas på nytt. Cq-värdena på okända pröver kommer att variera beroende på det inledande DNA:s kopieantal. Inspektera amplifieringskurvor visuellt för varje okänt pröv för att verifiera resultatet. Som en allmän riktlinje kan Cq-värdena för OXA betalaktasmål i okända isolater variera från 10 till 26.

Streck ARM-D Kit, OXA är ett kvalitativt test. För att verifiera satsens prestation måste varje körning av realtidPCR verifieras med flaskor med Control Mix som medföljer satsen och genom att utvärdera positiva och negativa kontrollamplifieringskurvor.

- Cq-värdena för positiva kontroller kan variera mellan realtidPCR-system. För optimal analysprestanda, verifiera att tröskelvärdena för varje mål och/eller fluorofor har ställts in manuellt för varje realtidPCR-system innan du analyserar Cq-värdena för okända pröver (se instrumentspecifik Data Acquisition and Analysis Guide för mer information).
- Kontrollpröver kommer att ha ett positivt Cq-värde i FAM-, HEX-, TEX615-, och Cy5-kanaler. Om Cq-värdet är ≤ 26 för varje mål bör kontrollkörningarna betraktas som giltiga.
- Negativa mallkontroller får inte ha ett negativt värde för kvantifieringscykeln.
- Om det uppstår ett fel under körningen av realtidPCR-systemet är resultaten ogiltiga och analysen måste upprepas.
- Okända pröver kan tolkas som positiva om Cq-värdet är ≤ 26 cykler.
- Cq-värdena på okända pröver kommer att variera beroende på den inledande DNA-koncentrationen. Om inget Cq-värde detekteras i FAM-, HEX- och TEX615-kanalerna för okända pröver, bekräfta att prövet sätts till i reaktionen genom att verifiera positiv amplifikation på den interna kontrollen (IC) i Cy5-kanalen, som kan detekteras i varje PCR-blandning som ingår i satsen.
- Om ingen amplifikation detekteras med det okända pröv kan prövet tolkas vara negativt för den målinriktade resistensmekanismen.
- Om amplifikationen på ett okänt pröv i FAM-, HEX- och TEX615-kanalerna detekteras efter 26 cykler måste prövet utredas ytterligare. Prövet kan extraheras på nytt, PCR-körningen kan upprepas eller så kan den amplifierade produkten sekvenseras för verifiering.
- Om värdena för kontrollmålen eller okända pröver faller utanför angivet område, kontakta Strecks Tekniska Service för ytterligare hjälp på +1-402-333-1982 eller [technicalservices@streck.com](mailto:technicalservices@streck.com).

### Anmärkningar:

- Som en riktlinje för detektering av mål- och instrumentspecifika Cq-värden för varje kontroll, se instrumentspecifik Data Acquisition and Analysis Guides på streck.com. Dessa värden fastställdes under Strecks interna validering av analysen för varje angivet kontrollmål och realtidPCR-system.
- I denna IFU anger termen Cq (Kvantifieringscykel) antalet cykler där fluorescens från amplifikationen överstiger bakgrundens fluorescens enligt rekommendationerna i MIQE:s riktlinjer. Dock, beroende på tillverkaren av realtidPCR-system, hänvisar termen även till en tröskelykel (ct) eller korsningspunkt (Cp).

### BEGRÄNSNINGAR

- Intern kontrollprimers (IC) har utformats för att amplifiera ett mycket konserverat genmål som finns i många gramnegativa bakterier. Dock kanske IC inte lyckas amplifiera från vissa gramnegativa arter eller -stamar. Därför bör man överväga detta för att tolka frånvaron av IC-produkten från ett specifikt prov.
- Genens familiemål har testats mot en stor mängd isolat med utmärkt känslighet och specifitetsresultat. Omfattande tester har gjorts på DNA som har extraherats från släktens *Escherichia*, *Klebsiella*, *Salmonella*, *Acinetobacter* och *Enterobacter*. Dock, med tanke på den genomiska mångfalden av bakterier, garanterar Streck inte att alla OXA β-laktamasa gener kommer att detekteras i alla gramnegativa underarter. Resultat från det här testet bör användas i kombination med andra tillgängliga laboratorietester för korrekt tolkning.
- Det kan använda Streck ARM-D Kit OXA med alternativa realtidPCR-plattformar med 4 kanaler eller andra enzym som inte listas i denna IFU, men en optimering kan komma att krävas. Kontakta Strecks tekniska service för hjälp.

### REFERENSER

- Pérez-Pérez F.J., Hanson N.D. 2002. Detection of plasmid-mediated ampC β-lactamase genes in clinical

- isolates by using multiplex PCR. *J Clin Microbiol.* 40(6): 2153-2162.
2. Geyer C.N., Reisbig M.D., Hanson N.D. 2012. Development of a TaqMan multiplex PCR assay for detection of plasmid-mediated ampC β-lactamase genes. *J Clin Microbiol.* 50(11): 3722-3725.
  3. Poirier L., Naas T., Nordmann P. Diversity, Epidemiology, and Genetics of Class D β-Lactamases. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy.* 2010;54(1):24-38. doi:10.1128/AAC.01512-08.
  4. Vázquez-Ucha J.C., Maneiro M., Martínez-Guitián M., et al. Activity of the β-Lactamase Inhibitor LN-1-255 against Carbapenem-Hydrolyzing Class D β-Lactamases from *Acinetobacter baumannii*. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy.* 2017;61(11):e01172-17. doi:10.1128/AAC.01172-17.
  5. Evans B.A., Amyes S.G.B. OXA β-Lactamases. *Clinical Microbiology Reviews.* 2014;27(2):241-263. doi:10.1128/CMR.00117-13.
  6. Antunes N.T., Fisher J.F. Acquired Class D β-Lactamases. *Antibiotics.* 2014;3(3):398-434. doi:10.3390/antibiotics3030398.

**BESTÄLLNINGSSINFORMATION**

Kontakta Customer Service-avdelningen på +1-402-333-1982 för assistans. Ytterligare information finns online på [streck.com](http://streck.com).

**ORDLISTA ÖVER SYMBOLER**

Se Instruktionsfilen (IFU) under Resurser på produktsidan på [streck.com](http://streck.com).

Alla produktnamn, logotyper, varumärken och märken tillhör respektive innehavare.

Se [streck.com/patents](http://streck.com/patents) för information om patent som kan omfatta denna produkt.

**EC REP**

MEDI MARK® Europe  
11, rue Émile Zola, BP 2332  
38033 Grenoble Cedex 2, France

350732-3  
2025-02